

SPC

دفتر الشروط الفنية لتوريد محاليل ومواد كيميائية مخبرية وبعض الأجهزة الضرورية حاجة مخبر الطفلة والحفارات

الكمية	المواصفات	البند
	ميزان قياس الوزن النوعي للطفلة مصنوع من معدن غير قابل للصدأ يتألف من علبة مناسبة مؤلفة من قطعتين متمفصلتين بمفصلات غير قابلة للصدأ تركيب داخل العلبة قاعدة الميزان وتثبت جيداً ينتهي الميزان من أحد طرفيه بكأس للعينة عليه غطاء مثقوب والكأس مثبت بنهاية ذراع مدرج مزود بزنبركية حساسة للتوازن الأفقي وفي أسفل الذراع سكين للاستناد والذراع مزود بزائقة وهو مدرج بأربع وحدات : $KG \backslash M^3 - GR \backslash CM^3 - LB \backslash FT^3$	١- ميزان طفلة : (نموذج بارونيد) أو ما يعادله
٥	$LB \backslash GAL$ بنهاية الميزان يوجد مستودع معايرة لضبط توازن الميزان .	
	القمع مصنوع من الميلامين أو من البلاستيك القوي المقاوم للصدمات ومعايير بحيث تمر كمية ٩٤٦ مل / ماء عذب من فتحة القمع السفلية خلال زمن ٢٦ ± ٠.٥ ثانية والقمع مؤلف من قسم علوي مخروطي طوله ١٢ انش / قطر الفتحة العلوية ٦ انش / مقسومة الى نصفين نصف مفتوح ونصف مزود بشبك معدني قياس ١٢ ميش وسعة القمع ١٥٠٠ ملل وله قبضة جانبية ومن قسم سفلي يحدد فتحة الخروج طوله ٢ انش / مزود بقالة معدنية قطرها ١٦/٣ انش أي ٤.٧ ملم . ومع القمع يوجد مكيال من الميلامين مدرج سعة لتر واحد مدرج من الداخل وعليه اشارة عند الحجم ٩٤٦ ملل ومزود بقبضة جانبية	٢- قمع مارش لقياس اللزوجة مع المكيال

سحاحة معايرة مؤلفة من قطعتين مستوعب سعة واحد ليتر والقطعة الثانية أنبوية

٣- سحاحة معايرة زجاجية مدرجة حتى ٢٥ مل مجهزة بصمام معايرة بلاستيكي

١٠٠٠ غ	٤- نترات الفضة نترات الفضة $AgNO_3$ - مسحوق صلب - نقاوة ٩٩ %
٥٠٠ غ	٥- كرومات البوتاسيوم كاشف ملوحة على شكل بودرة صفراء ناعمة نقاوة ٩٩ %
٥٠٠ غ	٦- تريليون B بودرة بيضاء بنقاوة ٩٩ % (EDTA)
٥٠٠ غ	٧- كاشف موركسيد بودرة ناعمة بنية اللون وهي كاشف للكلس نقاوة ٩٩ %

- يجب أن تكون جميع المعدات والأجهزة المطلوبة جديدة وغير محددة .
- مكان التسليم : مديرية حقول المنطقة الوسطى بالفرقة .
- الضمان : ١٨٠ يوما من تاريخ الاستلام الأولي .